

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1358-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1358-22

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O
LABORATÓRIO DE MANUTENÇÃO DA USINA
HIDRELÉTRICA DE ITAIPU**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU**

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1358-22, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

PERGUNTA 1

“Para termos uma base de produto a ofertar, favor nos informar a marca e modelo de cada item neste pregão.”

RESPOSTA

As marcas e modelos de referência são os seguintes:

Lote 1 - Fonte de potência: marca Chroma, modelo 61509;
Lote 2 - Multímetros de bancada: marca Keysight, modelo 34465A; e
Lote 3 - Osciloscópio: marca Rohde & Schwarz, modelo RTB2004+RTB-B243 (com opcionais: RTB-B1; RTB-B6; RTB-K1; RTB-K2; RTB-K3; RTB-K15 e RTB-K36).

A ITAIPU esclarece que as marcas e modelos informados acima são meramente referenciais, sendo possível ofertar outras marcas e modelos, desde que atendam integralmente às Especificações Técnicas - Anexo I do CBC.

PERGUNTA 2

Prezado Itaipu, solicito ampliação do prazo de entrega do produto para 200 dias.

RESPOSTA

Pedido deferido. Por gentileza, reportar-se ao Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 3

Lote 2 - Multímetro 6 1/2
Prezado Itaipu, na seção da Especificação Técnica é mencionado medições de corrente a partir de 1 µA em corrente alternada. Nosso equipamento mede a

ADITIVO 1

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1358-22, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PREGUNTA 1

Para que tengamos una base del producto a ser ofertado, favor informar la marca y modelo de cada ítem de esta subasta a la baja.

RESPUESTA

Las marcas y modelos de referencia son los siguientes:

Lote 1 - Fuente de potencia: marca Chroma, modelo 61509;
Lote 2 - Multímetros de bancada: marca Keysight, modelo 34465A; y
Lote 3 - Osciloscopio: marca Rohde & Schwarz, modelo RTB2004+RTB-B243 (con opcionales: RTB-B1; RTB-B6; RTB-K1; RTB-K2; RTB-K3; RTB-K15 y RTB-K36).

La ITAIPU aclara que las marcas y modelos informados arriba son meramente referenciales, siendo posible ofertar otras marcas y modelos, siempre que cumplan integralmente las Especificaciones Técnicas - Anexo I del PBC.

PREGUNTA 2

“Estimado Itaipu, Solicito ampliación de entrega de Producto a 200 días”.

RESPUESTA

Pedido concedido. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

PREGUNTA 3

“Lote 2 - Multímetro 6 1/2
Estimado itaipu, En el apartado de la Especificación Técnica menciona mediciones de corriente a partir de 1µA en Corriente Alterna, el

partir de 100 μ A. Serão aceitos equipamentos que meçam correntes a partir de 100 μ A?

RESPOSTA

Sim. Serão aceitos instrumentos que meçam correntes alternadas a partir de 100 μ A. Por gentileza, reportar-se ao Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 4

“Em função da escassez de componentes eletrônicos no mercado mundial, o prazo de entrega de alguns instrumentos de teste e medição, está mais longo do que o usual.

No referido pregão EF 1358-22, é solicitado prazo de entrega de 90 dias.

Em função da situação atual, pedimos se poderia ser considerado prazo de entrega de 190 a 220 dias após o recebimento do pedido de compra confirmado?”

RESPOSTA

Pedido deferido. Por gentileza, reportar-se ao Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 5

“Pedimos a confirmação também se o CNPJ de faturamento e entrega, 00395988/0012-98, possui as isenções tributárias ISS, ICMS, PIS e COFINS.”

RESPOSTA

Para o mercado brasileiro, sim. A proponente deve observar a isenção tributária referida no subitem 2.4 do CBC.

PERGUNTA 6

Prezado Itaipu,

Podem informar a marca e modelo de referência do equipamento solicitado nos seguintes lotes:

Lote 1: Fonte de potência CA/CC;

Lote 2: Multímetro de 6 ½ Dígitos;

Lote 3: Osciloscópio com Analisador Digital para o Laboratório de Instrumentação.

Para um melhor fornecimento dos equipamentos solicitados, já que são muito específicos.

RESPOSTA

Favor reportar-se à resposta da pergunta 1 deste Aditamento.

PERGUNTA 7

Prezado Itaipu,

Por favor, poderiam prorrogar a data para

equipo nuestro mide a partir de 100 μ A.

Se aceptarán equipos que midan Corrientes partir de 100 μ A ??”

RESPUESTA

Sí. Serán aceptados instrumentos que midan corrientes alternadas a partir de 100 μ A. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

PREGUNTA 4

Debido a la escasez de componentes electrónicos en el mercado mundial, el plazo de entrega de algunos instrumentos de prueba y medición es más mayor de lo habitual.

En la referida licitación EF 1358-22 se solicita un plazo de entrega de 90 días.

¿Debido a la situación actual, preguntamos si se podría considerar un plazo de entrega de 190 a 220 días después de recibir la orden de compra confirmada?

RESPUESTA

Pedido concedido. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

PREGUNTA 5

Pedimos confirmación si el CNPJ de facturación y entrega 00395988/0012-98, posee las exoneraciones tributarias ISS, ICMS, PIS y COFINS.

RESPUESTA

Para el mercado brasileiro, sí. El oferente debe observar la exoneración tributaria referida en el sub-ítem 2.4 del PBC.

PREGUNTA 6

“Estimado Itaipu,

Pueden aclarar la marca y el modelo de referencia del equipo solicitado de los siguientes Lotes:

Lote 1: Fuente de Potencia de CA/CC

Lote 2: Multímetro de 6 1/2 Dígitos

Lote 3: Osciloscopio con Analizador Digital para el laboratorio de Instrumentación.

Para mejor provisión de equipos solicitados, ya que son equipos muy específicos.”

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 1 de este Aditivo.

PREGUNTA 7

“Estimado Itaipu,

Favor si pueden prorrogar la presentación de

apresentação da proposta, devido aos equipamentos serem muito específicos? Para apresentação de uma melhor proposta.

RESPOSTA

Pedido deferido. Por gentileza, reportar-se ao item II deste Aditamento.

oferta, por el motivo de que los equipos son muy específicos.
Para una mejor presentación de oferta.”

RESPUESTA

Pedido concedido. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 1358-22, a ITAIPU:

- a) altera o prazo de entrega dos equipamentos para até 200 (duzentos) dias corridos, contados a partir da data de expedição da Ordem de Compra;
- b) altera a redação do item 4 das Especificações Técnicas do lote 2, somente na versão em castelhano, conforme a seguir:

DE:

“Efectuar lecturas de corrientes C.A en la faja 1μA a 10A;”

PARA:

“Efectuar lecturas de corrientes C.A en la faja 100μA a 10A;”

- c) inclui a seguinte característica no item 4 das Especificações Técnicas do lote 2, somente na versão em castelhano, conforme a seguir:

• Exactitud mejor que 0.0055% de la lectura para tensión C.C;

- d) altera a redação do subitem 2.7.6 do CBC, conforme a seguir:

“2.7.6 Não será permitido o uso de diligência para comprovar outras experiências que não aquelas retratadas nos atestados ou certificados inicialmente apresentados.”

- e) altera as datas constantes no Calendário de Eventos da licitação disponibilizando NOVA data para a Sessão Pública, conforme abaixo:

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1358-22, la ITAIPU:

- a) altera el plazo de entrega de los equipos para: hasta 200 (doscientos) días corridos, contados a partir de la fecha de expedición de la Orden de Compra;
- b) altera la redacción del ítem 4 de las Especificaciones Técnicas del Lote 2, solo la versión en castellano conforme sigue:

DE:

“Efectuar lecturas de corrientes C.A en la faja 1μA a 10A;”

PARA:

“Efectuar lecturas de corrientes C.A en la faja 100μA a 10A;”

- c) incluye la siguiente característica en el ítem 4 de las Especificaciones Técnicas del Lote 2, solo la versión en castellano conforme sigue:

• Exactitud mejor que 0.0055% de la lectura para tensión C.C;

- d) altera la redacción del sub-ítem 2.7.6 del PBC en los siguientes términos:

“2.7.6 No será permitida la realización de diligencia para comprobar otras experiencias que no sean aquellas realizadas e identificadas en las constancias o certificados inicialmente presentados.”

- e) altera las siguientes fechas del Calendario de Eventos de la licitación y pone a disposición la NUEVA fecha para la Sesión Pública, según sigue:

(…)

1.2.2 Formalização de consultas:Até [20/09/22](#)

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.

1.2.3 Respostas:Até [22/09/22](#)**1.2.4 Recepção das propostas:**Até às 9h de [26/09/22](#)**1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:**Em [26/09/22](#), a partir das 9h**1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:**LOTE 1: Em [26/09/22](#), a partir das 9h30

LOTE 2: Logo após o encerramento do Lote 1

LOTE 3: Logo após o encerramento do Lote 2

1.2.7 Referência de tempo:

Horário de Brasília - DF

(…)

III) Face as alterações ocorridas, a ITAIPU disponibiliza, em anexo a este aditamento, as versões atualizadas do CBC e das Especificações Técnicas do lote 2 e Minuta de Ordem de Compra, Anexos I e IV do CBC respectivamente.

IV) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 1358-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 15.09.22

(…)

1.2.2 Formalización de consultas:Hasta el [20/09/22](#)

Por medio del correo electrónico compras_apoyo@itaipu.gov.py o por el “Foro” del Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU.

1.2.3 Respuestas:Hasta el [22/09/22](#)**1.2.4 Recepción de las ofertas:**Hasta las 8:00 hs. del [26/09/22](#)**1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas:**El [26/09/22](#), desde las 8:00 hs.**1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:**LOTE 1: El [26/09/22](#), desde las 8:30 hs

LOTE 2: Luego de culminar el Lote 1

LOTE 3: Luego de culminar el Lote 2

1.2.7 Referencia horaria:

Hora oficial del Paraguay

(…)

III) Debido a las alteraciones habidas, la ITAIPU pone a disposición, anexo a este aditivo, las versiones actualizadas del PBC, y de las Especificaciones Técnicas del Lote 2 y de la Minuta de Orden de Compra, Anexos I y IV del PBC respectivamente.

IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1358-22.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 15.09.22