**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1358-22**
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1358-22**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE MANUTENÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU**

**ADITAMENTO 4**

**ADITIVO 4**

**I)** Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1358-22, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

**I)** De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1358-22, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

**PERGUNTA 1**
"Prezados, gostaríamos de solicitar a remoção do requerimento de porta de interface RS232 para a fonte de potência (Lote 01), por tratar-se de interface de comunicação legada, cuja funcionalidade é plenamente cumprida pelas demais interfaces solicitadas."

**RESPOSTA**
Pedido indeferido. A fonte de potência deve possuir porta de interface RS-232 devido ao Laboratório de Manutenção ainda possuir equipamentos que devem ser comunicados através dessa porta.

**PREGUNTA 1**
Estimados, nos gustaría solicitar la exclusión del requisito del puerto de interfaz RS232 para la fuente de potencia (Lote 1), ya que es una interfaz de comunicación heredada, cuya funcionalidad la cumplen completamente las otras interfaces solicitadas.

**RESPUESTA**
Solicitud denegada. La fuente de potencia debe poseer puerto de interfaz RS-232 debido a que el Laboratorio de Mantenimiento aun cuenta con equipos que deben ser comunicados mediante ese puerto.

**PERGUNTA 2**
Solicitamos oportunamente a possibilidade de análise de prorrogação de 7 dias para a apresentação de propostas correspondentes ao pregão em referência.
Fazemos esta solicitação, tendo em conta que nossa empresa se encontra temporariamente suspensa, sendo que o levantamento da mesma seria no dia 23/01/2023, e somente a partir desta data poderemos realizar a atualização de cadastro, a fim de ter toda documentação e habilitação requeridas no edital.

**RESPOSTA**
Pedido indeferido. Mantém-se a data prevista para a Sessão Pública, de forma a não comprometer o cronograma previsto para esta contratação.

**PREGUNTA 2**
"Solicitamos por este medio en tiempo y forma la posibilidad de analizar una prórroga de 7 días para la presentación de ofertas correspondiente a la Subasta de referencia.
Esta solicitud la hacemos, atendiendo que nuestra empresa se encuentra suspendida temporalmente, y el levantamiento de la misma sería el 23/01/2023, y a partir de dicha fecha recién podremos realizar la ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO, a fin de tener todas las documentación y habilitación requeridas en el pliego."

**RESPUESTA**
Solicitud denegada. Se mantiene la fecha prevista para la Sesión Pública, de manera a no comprometer el cronograma previsto para esta contratación.

**II)** Permanecem inalteradas as condições contidas

**II)** Permanecen inalteradas las condiciones

no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 1358-22.

contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1358-22.

| | |
|---|---|
| Elaboração: Divisão de Suporte Técnico<br>Data de emissão: 23.01.23 | Elaboración: División de Apoyo Técnico<br>Fecha de emisión: 23.01.23 |