

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1486-23**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, MATERIAIS E REAGENTES (6 LOTES)****ADITAMENTO 6**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1486-23, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1.**LOTE 06 - ITEM 55 - CAIXA COM 200 UNIDADES**

- (i) “Será aceito o fornecimento do material em caixas com 200 unidades?”
(ii) “Informo que comercializamos o material somente em caixa com 200 unidades conforme segue descritivo abaixo”:

WV120SBST-200 - FRASCO DE TAMPA ROSCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM LACRE DE VEDAÇÃO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ISO 11137-02. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO TRANSPARENTE QUE GARANTE A AUSENCIA DE FLUORESCENCIA SOB LAMPADA UV E POSSUI REAGENTE DE TIOSSULFATO DE SODIO PULVERIZADO PARA NEUTRALIZAR UMA AMOSTRA DE 100ML COM ATÉ 15MG/L DE CLORO.CAPACIDADE 120ML COM MARCAÇÃO DE 100ML POSSUI MARCAÇÃO DO LOTE NO FRASCO PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES MARCA: IDEXX

RESPOSTA

- (i) Sim. Não obstante, a ITAIPU reitera que, para fins de cotação e disputa nesta licitação, a proponente deverá considerar na formação de seus preços a quantidade/unidade métrica de 20 (vinte) “Pacotes - PAC” com 50 (cinquenta) unidades cada, conforme Planilha de Preços, Anexo III do CBC;
- (ii) A ITAIPU ratifica que não antecipa julgamento nessa fase licitatória. Não obstante, amparado pelo subitem 2.7 do CBC, é prerrogativa do Pregoeiro diligenciar para aferir se os equipamentos/produtos ofertados estão em conformidade com o exigido nas Especificações Técnicas, Anexo I do CBC.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 1486-23.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 10 de outubro de 2023
---	--
